

防爆合格证

证号：GYB091542

由 宁波朗科精工技术有限公司
(地址：宁波市江北区甬江工业区振甬路 137 号)

制造的产品：

名 称 本安型称重显示控制器

型号规格 XK3150-Ex

防爆标志 Ex ib II C T4/T5

产品标准 GB/T 7724-1999

图样编号 XK3150-00

经图样及技术文件的审查和样品检验，确认上述产品符合 GB3836.1-2000、GB3836.4-2000 标准，特颁发此证。有效期自颁发日期起伍年内有效。

备注 1. 产品安全使用注意事项见防爆合格证附件 I。
2. 产品由内置专用电池组供电时，防爆标志为 Ex ib II CT4；由外接本安输出电源供电时，防爆标志为 Ex ib II CT5。

站长

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站


颁发日期 二〇〇九年八月十八日

本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址：上海市漕宝路103号
邮编：200233

网址：www.nepsi.org.cn
Email:info@nepsi.org.cn

电话:0086 21 64368180
传真:0086 21 64844580



防爆合格证

证号：GYB091543

由 宁波朗科精工技术有限公司
(地址：宁波市江北区甬江工业区甬甬路137号)

制造的产品：

名称 本安型输出电源

型号规格 LP7350-S9 型

防爆标志 [Ex ib] IIC

产品标准 Q/LOCO 02-2009

图样编号 LP7350-00

经图样及技术文件的审查和样品检验，确认上述产品符合 GB3836.1-2000、GB3836.4-2000 标准，特颁发此证。有效期自颁发日期起伍年内有效。

- 备注
1. 型号规格中：代码 S 代表安装场所在安全区；
代码 9 代表输出标称电压值。
 2. 产品安全使用注意事项见防爆合格证附件 I。
 3. 本电源专门配接 XK3150-Ex 本安型称重显示控制器。

站长

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站


颁发日期 二〇〇九年八月十八日

本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址：上海市漕宝路103号
邮编：200233

网址：www.nepsi.org.cn
Email:info@nepsi.org.cn

电话:0086 21 64368180
传真:0086 21 64844580



防爆合格证

证号：GYB091544

由 宁波朗科精工技术有限公司
(地址：宁波市江北区甬江工业区振甬路 137 号)

制造的产品：

名 称 防爆接线盒

型号规格 LP7310B-**a**-**b** 系列

防爆标志 Ex ia II CT6

产品标准 Q/LOCO 03-2009

图样编号 LP7310B- 4/6/8- 00

经图样及技术文件的审查和样品检验，确认上述产品符合 GB3836.1-2000、GB3836.4-2000 标准，特颁发此证。有效期自颁发日期起伍年内有效。

备注 1. 型号规格中：**a** 的代码为 4、6、8；代表传感器数；
b 的代码为 5、7、9；代表电缆引入口数。
2. 产品安全使用注意事项见防爆合格证附件 I。

站长

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

颁发日期 二〇〇九年八月十八日

本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址：上海市漕宝路103号
邮编：200233

网址：www.nepsi.org.cn
Email:info@nepsi.org.cn

电话:0086 21 64368180
传真:0086 21 64844580